ALVEO-PENGA™

Pansement chirurgical hémostatique après extraction dentaire

PRESENTATION
Pot contenant 30 g de pâte.

COMPOSITION
- Penghawar Djambi : 4g pour 100g
- Iodoforme : 10g pour 100g
- Butoforme : 4g pour 100g
- Excipients q.s.p. 100g

PROPRIETES
L'ALVEO-PENGA est un hémostatique par action mécanique : il facilite la formation du caillot (propriétés d'absorption du Penghawar Djambi) et exerce également un rôle protecteur au niveau du site opératoire.
De plus, l'ALVEO-PENGA contient :
- de l'iodoforme : antiseptique dont l'action est particulièrement marquée au niveau des muqueuses et des plaies. Il permet de prévenir toute possibilité de surinfection de type alvéolite.
- du butoforme : anesthésique local de contact permettant de réduire les phénomènes douloureux postopératoires.
Il peut s'utiliser directement après extraction dentaire ou en cas d'alvéolite.

INDICATION
Pansement chirurgical hémostatique après extraction dentaire. L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitant.

CONTRE-INDICATIONS
- Allergie connue à l'iode ou à ses dérivés.
- Allergie connue aux anesthésiques locaux de type ester.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Bien homogénéiser la pâte avant emploi.
Le patient doit garder le pansement au minimum 6 heures dans l'alvéole.
ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé.
Contient du baume du Pérou, de l'essence de girofle, de l'essence de menthe, de l'essence de badiane, du butoforme et de l'iodoforme. Peut produire une réaction allergique.
Patients présentant des troubles de la coagulation (allongement du temps de l'hémostase primaire).
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas avaler.

Doc.Q RD Fran 520/06
19 Juin 2014

ALVEO-PENGA™

Pansement chirurgical hémostatique après extraction dentaire

MODE D'EMPLOI
Nettoyer soigneusement l'alvéole d'extraction.
Homogénéiser la pâte, en prélever la quantité nécessaire avec une précelle stérile pour éviter toute contamination et la placer à l'entrée de l'alvéole en évitant toute compression.
Faire éliminer ALVEO-PENGA par des lavages de bouche minimum 6 heures après mise en place.

CONSERVATION
- 2 ans après la date de fabrication.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
- Conserver dans son emballage d'origine, bien fermé et à l'abri de la lumière.
- Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre + 5 °C et + 25 °C.

ELIMINATION DES PRODUITS
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

CE
0120

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe III (SGS)

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - ZI du Phare - 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France
Tél : +33 (0) 556 34 06 07

Doc.Q RD Fran 520/06
19 Juin 2014